



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

ÇATI GENEL HİZMETLER TİC. A.Ş. BUCA ŞUBESİ

Merkez Adres: Adatepe Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No.14 Buca İzmir/Türkiye

**Merkez adrese bağlı olarak aynı akreditasyon altında faaliyet gösteren şubelere ait kapsamlar eklerde belirtilmiştir.*

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-1581-T

Akreditasyon Tarihi : 08.10.2020

Revizyon Tarihi / No : 03.10.2024 / 03

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **07.10.2028** tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter



Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Dünyey TS EN ISO/IEC 17025 AB-1581-T	ÇATI GENEL HİZMETLER TİC. A.Ş. BUCA ŞUBESİ	
	Akreditasyon No: AB-1581-T Revizyon No: 03 Tarih: 03.10.2024	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : Adatepe Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. No.14 Buca İzmir/Türkiye		Telefon : - Fax : - E-Posta : nurianil.yuksel@catigenelhizmetler.com Web Sitesi : -

Sayaçlar		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Diyaframlı Doğal Gaz Sayaçları (Max. G25) Debi Aralığı : 0 - 40m ³ /h	Ölçme Hatası (Doğruluk Testi)	TS EN 1359 (Madde5.1) EN 1359 (Madde 5.1) OIML R 137-1&2 (Madde 5)
Diyaframlı Doğal Gaz Sayaçları (Max. G25) Debi aralığı: 0 - 40 m ³ /h	Basınç Kaybı Testi	TS EN 1359 (Madde 5.2)
Döner Deplasmanlı (Rotarymetre) Doğal Gaz Sayaçları (Max. G1600) Debi aralığı: 0 - 2500 m ³ /h	Ölçme Hatası (Doğruluk Testi)	TS EN 12480 (Madde 5.2) EN 12480 (Madde 5.2)
Döner Deplasmanlı (Rotarymetre) Doğal gaz Sayaçları (Max. G1600) Debi aralığı: 0 - 2500 m ³ /h	Basınç Kaybı Testi	TS EN 12480 (Madde 5.3) EN 12480 (Madde 5.3)
Döner Deplasmanlı (Rotarymetre) Doğal gaz Sayaçları (Max. G1600) Debi aralığı: 0 - 2500 m ³ /h	Metrolojik Tekrarlanabilirlik Testi	TS EN 12480 (Madde 5.4) EN 12480 (Madde 5.4) OIMLR 137-1&2 (Madde 5)
Türbinmetre Doğal gaz Sayaçları (Max. G1600) Debi aralığı: 0 - 2500 m ³ /h	Ölçme Hatası (Doğruluk Testi)	OIML R 137-1&2 (Madde 5) TS EN 12261 (Madde 5.2.1) TS 5477 EN 12261 (Madde 5.2.1) (*19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.) TS 5477 EN 12261/A1 (Madde 5.2.1) (*19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.)
Türbinmetre Doğal gaz Sayaçları (Max. G1600) Debi aralığı: 0 - 2500 m ³ /h	Kararlılık Testi	TS EN 12261 (Madde 5.2.2) TS 5477 EN 12261 (Madde 5.2.2) (*19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.) TS 5477 EN 12261/A1 (Madde 5.2.2) (*19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.)
Türbinmetre Doğal gaz Sayaçları (Max.G1600) Debi aralığı: 0 - 2500 m ³ /h	Geçici Aşırı Yükleme Testi	TS EN 12261 (Madde 5.2.6) TS 5477 EN 12261 (Madde 5.2.6) (*19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.)
Türbinmetre Doğal gaz Sayaçları (Max. G1600) Debi aralığı: 0 - 2500 m ³ /h	Basınç Kaybı Testi	TS 5477 EN 12261, Madde:5.2.9 (*19.11.2018 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.) EN 12261, Madde:5.2.9

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.



 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1581-T	Çatı Genel Hizmetler Ticaret AŞ Tepebaşı Şubesi	
	Akreditasyon No: AB-1581-T Revizyon No: 03 Tarih: 03.10.2024	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : Zincirlikuyu mah. İkizkavaklar cd. No:41 Tepebaşı Eskişehir Eskişehir/Türkiye		Telefon : Fax : E-Posta : mkirici@catigenelhizmetler.com Web Sitesi :

Sayaçlar		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Diyaframlı Doğal gaz Sayaçları (Max. G6) Debi aralığı: 0 - 10 m3/h	Ölçme Hatası (Doğruluk Testi)	TS EN 1359 (Madde5.1) OIML R 137-1&2 (Madde 5)
Diyaframlı Doğal gaz Sayaçları (Max. G6) Debi aralığı: 0 - 10 m3/h	Basınç Kaybı Testi	TS EN 1359 (Madde 5.2)

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

